

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ตามที่ โรงพยาบาลเลาขวัญ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเลาขวัญ

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
๑.	Suction Tube No.๑๖	๒๐๐ ชิ้น
๒.	Suction Tube No.๑๘	๒๐๐ ชิ้น
๓.	Feeding Tube ๕๐ cm. No.๑๐	๒๕ ชิ้น
๔.	Stomach Tube ๑๒๕ cm.No.๑๒	๒๕ ชิ้น
๕.	Extension with T Connector	๕๐๐ ชิ้น
	(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท้ายนี้)	

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ให้ใช้เกณฑ์ราคา ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๔. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินจำนวน ๖,๖๓๗.๕๐ บาท (หกพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบatang) โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลเลาขวัญ ปี ๒๕๖๗

๕. ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ.....*น.พัชร์*.....ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางมะลิฉัตร พุฒตรีภูมิ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Suction Tube

- เป็นท่อพลาสติกใส ทำจาก PVC ชนิด Medical grade มีลักษณะอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้ ไม่พับและหักงอง่าย
- ตัวสายภายนอกสีนํ้าเงิน เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน เมื่อทำการสอดสายเข้าไปใน Endotracheal Tube
- ปลายสายมีรูเปิด ขอบรูเปิดมนเรียบ ไม่มีส่วนแหลมคม และด้านข้างสายส่วนปลายด้านล่างมีรู ๒-๓ รู เพื่อช่วยระบายเสมหะและป้องกันการอุดตันของเสมหะ
- ทำการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas (EOG)
- บรรจุในซองพลาสติก ซองละ ๑ ชิ้น
- บรรจุภัณฑ์ต้องมีฉลากระบุรายละเอียดดังนี้ ชื่อ ชนิด ของผลิตภัณฑ์ , แสดงวัน เดือน ปีที่ผลิต วันหมดอายุ

Feeding tube , Stomach Tube

- ทำจากวัสดุ PVC Medical grade ทั้งเส้นไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง สายไม่หักงอ สายไม่นิ่มหรือแข็งเกินไปและมีฝาจุกปิดปลายโคนสาย ปิดแน่น ไม่คลายออกเอง
- No. ๕-๑๐ cm. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ cm. มีขีดบอกระยะ
- No. ๑๒-๑๘ cm. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ cm. มีขีดบอกระยะที่ ๔๕,๕๕,๖๕ และ ๗๕ ซม.
- ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ บรรจุในภาชนะพลาสติกใส ระบุวันหมดอายุที่ซองบรรจุและกล่องบรรจุอย่างชัดเจน โดยไม่ติดเป็นสติ๊กเกอร์
- หัวต่อจะต้องปิดแน่นไม่หลุดง่าย

Extension with T Connector

- เป็นจุกปิดปลายเข็มที่ตัวผู้ป่วย (Plug) ที่มี extension tube ในตัว
- สาย Extension tube มีขนาดความยาว ๑๕ ซม. จากสายด้านที่ต่อกับ T-connector จนถึงปลายสายด้านที่ต่อกับ I.V.Set มีความมั่นคง ปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน
- ปลายด้านที่ต่อกับ I.V.Set เป็นลักษณะ Slip lock ซึ่งมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีปริมาตรภายในสาย (Priming Volume) ๐.๒ มล.
- ด้านที่เป็น Plug ที่ต่อเข้ากับ I.V. Catheter จุกยางทำด้วยยาง Latex ที่มีความยืดหยุ่นสูง
- ปลายสายมีจุกปิดทั้ง ๒ ด้านลดการเกิดการปนเปื้อนของเชื้อ และมี Clamp แบบ Slide สามารถเลื่อนเปิด-ปิด ใช้งานง่าย
- เป็นวัสดุที่ทำมาจาก Poly Vinyl Chloride (Medical Grade) มองเห็นสารละลายได้อย่างชัดเจน
- ผลิตจากพลาสติกชนิดที่ใช้ในทางการแพทย์ ไม่ก่อสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายหรือยาที่ให้ สามารถทนแรงต้านกรณีที่ใช้กับ สารละลายกลุ่ม Lipids , Alcoholic disinfectants และ aggressive solution อื่น ๆ ได้ดี

- ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ โดยไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อ
- ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Ethylene oxide
- บรรจุในซองพลาสติกใส ไม่มีสี ปิดผนึกด้วยกระดาษ ผนึกสนิทอยู่ในซองบรรจุ ๑ ชุด ต่อ ๑ ซอง
- บรรจุภัณฑ์ต้องมีฉลากระบุรายละเอียดดังนี้ ชื่อ ชนิด ของผลิตภัณฑ์ , แสดงวัน เดือน ปีที่ผลิต วันหมดอายุ

ลงชื่อ.....^{น.ศ. น.ร.}.....ผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(นางมะลิฉัตร พุฒิตริภูมิ)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ